



## Procédure simplifiée d'installation du logiciel M-Trace PC Pour utilisation de l'ECG connecté sur PC : ECG-PC EOLYS

Date : 2026/01/14

**AVANT** d'installer et d'ouvrir l'application puis de vouloir utiliser votre ECG, il faut se rappeler ceci :

- *L'ECG-PC EOLYS agit comme un émetteur/récepteur, il reçoit par sa fiche DE15 le signal vital conduit par les accessoires posés sur le patient (câble 10 brins + adaptateurs éventuels + électrodes ou ceinture pectorale).*
- *Couplé Bluetooth ou connecté USB, le boîtier transmet ce signal au PC qui affiche les dérivations dans M-Trace PC.*
- *L'ECG-PC EOLYS s'alimente par 2 piles 1.5V type LR06 (fournies). Piles rechargeables à proscrire.*
- *1 bouton et 2 diodes > appui court pour allumer & éteindre ; clignote vert : fonctionne ; diode rouge : piles à remplacer.*

### INSTALLATION À SUIVRE RIGOUROUSEMENT DANS L'ORDRE

- 1- Logiciel **Visual C++ 2012** si manquant sur le PC (faire « suivant » + « suivant » etc.)  
[https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist\\_x86.exe](https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist_x86.exe) (Ctrl + clic pour ouvrir le lien)
- 2- Logiciel **M-Trace PC** (faire « suivant » + « suivant » etc.)  
[https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys\\_mtracepc-4.79\\_win10-11.exe](https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys_mtracepc-4.79_win10-11.exe)
- 3- **N° licence multiposte valide à saisir lors de la 1<sup>ère</sup> ouverture de l'icône depuis le bureau**  
**KS7E KUUC 84F9 7AJB 5WGI V7BF LL6A**

*Note 1 : si vous aviez déjà une version antérieure de M-Trace PC installée sur votre PC, il ne vous sera pas demandé de ressaisir de code licence car il est déjà enregistré dans le registre de Windows.*

*Note 2 : tous vos réglages antérieurs sont censés ne pas être modifiés (eux aussi enregistrés dans le registre de Windows) ; mais il sera plus prudent de les vérifier à nouveau après la nouvelle install.*
- 4- Une fois les logiciels installés il faut **JUMELER en BLUETOOTH** votre ECG :

Le PC doit disposer de la fonction Bluetooth (sinon achetez/utilisez un dongle USB).  
Si votre PC a déjà la fonction Bluetooth, alors ne connectez pas le dongle USB fourni !

4.1. *Dans M-Trace PC il faut aller dans « Réglages > Réglages communication ECG-PC EOLYS ».*  
*Valider la recherche en Bluetooth (sinon connexion USB) ; passez les messages en les lisant malgré tout.*  
*Le logiciel peut ne pas détecter l'ECG de suite, appuyez sur « Chercher à nouveau » et insistez 1 fois ou 2.*

4.2. *Windows est censé faire apparaître un message en bas à droite de l'écran du PC :*  
*« Ajouter un périphérique ; Approcher pour configurer ... » => cliquez vite sur ce bouton et validez.*

4.3. *Si jamais un mot de passe est demandé dans les paramètres Bluetooth Windows => 1234.*
- 5- Si vous bénéficiez d'une passerelle avec votre logiciel de santé, il faut la régler avec les bons chemins :  
Dans **M-Trace PC => Réglages – Interface** (input/output)
- 6- Sinon, pensez à programmer le **chemin d'export automatique du rapport PDF** dans le logiciel :  
« **Réglages > PDF-Export** » puis « Parcourir » puis Cocher « Créer le fichier PDF automatiquement ».  
Par défaut : C:\M4Medical\PDF-ECG. Nous conseillons en nom de fichier ID\_Nom\_Prenom\_DateExamen.

Si malgré ce guide, vous n'y arrivez pas, pas de panique : il vous reste la solution d'appeler nos services  
Au **04 37 64 47 50** : demandez un rendez-vous de téléassistance (par Easy Remote ou Microsoft Teams).